


KANMED[°] BABYBED

Brugermanual

Varenr.: BB100-401F-073 DK ver 5 2020-03-25

Brugermanual

KANMED[°] BABYBED



CE

Varenr.: BB100-401F-073 DK ver 5
2020-03-25



Vigtigt

Læs denne manual grundigt inden brug.
Forkert brug kan medføre skade på patient
eller bruger.

Produceret af:
KANMED AB
www.kanmed.se

Distribueret i Danmark af: Intramedic A/S

Denne manual er gældende for alle Kanmed vugger der er leveret efter januar 2017.

Indhold

1 GENEREL BESKRIVELSE /FORMÅL	3
2 ADVARSLER	3
3 BESKRIVELSE AF SYMBOLER	4
4 GENEREL INSTRUKTION	5
5 RENGØRING	9
6 KONTROL AF SIKKERHED FØR BRUG	10
7 FEJLFINDING	10
8 TEKNISKE DATA	11
9 TECHNICAL SECTION - SERVICE AND MAINTENANCE	12
10 SPARE PARTS/ACCESSORIES	FELI BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT.
11 WARRANTY STATEMENT	15
12 EMC GUIDE-LINES	15

BB101Standard uden ramme BB100 Standard med ramme BB400 Twin Version med ramme



1 Formål

Formål

Formålet med Kanmed Baby seng er optimal ergonomi og sikkerhed til præmatur og nyfødte babyer i et hospitalsmiljø. Sengen har også til formål at blive brugt sammen med Kanmed BabyWarmer BW3 eller BW-50, for at sikre optimal varme.

Sengen bliver brugt på hospitaler og af de personer der tager sig af barnet, i henhold til den anbefalede brug af sengen, og de etablerede kliniske rutiner. Kun personer som er instrueret i brugen af sengen, må betjene den.

2 Advarsler

- Brug ikke sengen til børn/babyer som er så store eller bevæger sig så meget at der er risiko for de enten kan kravle eller falde ud af sengen.
- Er babyen uden opsyn skal du sikre at sidevæggene er låste i den højeste position.
- Flyt ikke rundt på sengen i den højeste position. Sørg altid for at gøre det med sengen i den laveste position.
- Brug ikke sidepladerne i sengen til at flytte sengen rundt. Brug altid side- eller front håndtag på sengen, afhængig af model.
- Lad ikke en baby ligge uden opsyn med sidepladerne nede.
- Respekter vægtbegrensningen.
- Tjek altid, at sengen er stabil, dvs. at alle bolte og skruer på hjul er sikkert spændt.
- Sikre at der ikke er ting i vejen for højdejustering af sengen.
- Fjern stang til sengehimmel – hvis sengehimmel ikke bliver brugt.
- Stang til sengehimmel skal kun bruges til sengehimmel.
- Hvis man ser en fare for at fodpedal kan blive brugt uhensigtsmæssigt, tag da strømmen på sengen. Sikre dog altid at strømmen til BW stadig er tændt.
- Hold sikker afstand til andet udstyr der kan gå op og ned.
- MAX madrastykkelse er 40 mm
- Kun personer der er blevet instrueret i brugen af sengen, må bruge sengen.

3 Beskrivelse af symboler

	Læs altid brugermanualen før brug.		
BB100	Standard baby seng	BB101	Samme men uden side-ramme
BB400	Baby seng til tvillinger	BB401	Samme men uden side-ramme
BB300	Standard Baby seng fast højde	BB301	Samme men uden side-ramme
B400F	Baby seng til tvillinger med fast højde	B401F	Samme men uden side-ramme

Højeste tilladte og sikre belastning:



Sengebakke, alle versioner: Baby vægt 10 kg total + vandmadras, Gelémadras eller andre madrasser, total 10 kg

Opbevaring bokse under senget: 2kg

Håndtag omkring senget: Max 3,5 kg på hver side. Max vægt 10 kg på alle sider totalt.

Hylde: 5 kg **Bagmonterede stænger**: 3 kg hver

Front håndtag: 5 kg (Modeller uden side-ramme)

	Symbol på Fodpedal til at hæve og sænke sengen (ikke på BB300/301 og BB400F/401F)
	Symbol for vippefunktion, findes på Sengebakken.
	Opfylder krav MDD 93/42 EEC
	Jordpotentialstift
IP 30	Grad af sikkerhed (mod vand og andre objekter)
	Beskyttelses grad type B (krop) (ikke til BB300/301 / BB400F/401F)
	Når sengens levetid er tilvejebragt bør den tilbageleveres til genbrug i følge EU direktivet 2002/96/EC (WEEE).
	År for produktion.
	MAX brug i minutter af elektrisk søjle.
	Total vægt af sengen ved maksimal belastning
	Klemmerisiko

4 Brugsvejledning

4.1 Rengøring

Kanmed Babybed og tilbehør skal rengøres efter hospitalets anvisninger og rutiner. Under sektion 5 kan du læse mere om rengøring.

I sektion 5 kan du se hvordan du montere sidevæggene, etc

4.2 Tjek stabiliteten

Sikre at alle skruer og bolte er sikkert spændt, så sengen er stabil.

4.3 Sænke Sidepladerne

Sidevæggene bliver sænket på følgende måde.


Tag fat øverst på sidevæggen, brug begge hænder.

Træk siddevæggen op, ca. 1/2cm. Træk den mod dig selv, ca 2cm. og tryk forsigtigt ned. Brug begge hænder til at trække sidevæggene op igen - træk den lidt frem og sænk den.

Tjek at siddevæggene er i en sikker position og bevæger sig frit.

NOTE: Tjek at der ikke kommer noget i klemme når Sidepladerne sænkes.

NOTE: Se i afsnittet rengøring sektion 5 hvordan sidevæggene fjernes.



4.4 Transport af seng

Brug altid side-rammerne eller fronthåndtaget på sengen til, at transportere sengen.

Advarsel: Flyt kun sengen med en baby i, i den laveste position.

NOTE:

- Brug ikke Sidepladerne til at flytte sengen.
- Husk at fjerne strømkabler mm – før flytning af sengen.
- Brug bremser på hjulene, når sengen ikke skal flyttes.

4.5 Tilslutning af strøm til Baby seng.

(ikke til BB300/301 og BB400F/401F)

Baby sengen skal tilsluttes med et kabel med jordstik.

NOTE: Den eneste måde at slukke for strømtilførslen er at trække stikket på sjølen eller på væggen.

Placer sengen, så strømmen nemt kan blive afbrudt.

Advarsel: For at undgå elektrisk fare må udstyret kun blive tilsluttet med et sikkert jordstik.



4.6 Justering af højden

(ikke BB300/301 / BB400F/401F)

Højden på sengen er justerbar ved at træde på Fodpedalen på hjul basen.

Tilsut strømmen, og kør sengen op og ned, og sikre dig, at sengen kører stabilt og uden mislyde.

Motoren kan høres, som en indikation på at højden ændres.

Der kan monteres fodbetjent pedal på enten venstre, højre eller begge sider. Også frontbetjent version er tilgængelig.



ADVARSEL:

Når højden på sengen skal ændres, skal du sikre at der ikke er nogen personer, kabler eller andre ting der kan komme i klemme mellem basen og sengen som kan forhindre hejsning eller sænkning af sengen. Tænk to gange og tryk en gang! Bloker ikke højdejustering, da dette medfører skade på udstyret.


Hvis der øjnes risiko for leg med fodpedal (fx pårørende eller børn), afbryd da strømforsyningen. Sikre at strøm til BW ikke er afbrudt.

4.7 Vippeinstilling

Når sengen skal vippes brug begge hænder og hold på enten side-rammer eller håndtaget af sengen. Tryk derefter på frigørelsels knappen under højre hjørne, på samme tid, tryk sengen ned eller op – til den ønskede position og slip knappen. Ønsker man at få begrænset hvor meget senge kan vipp, kan dette gøres af en tekniker. Se tekniske data.

Der kan tilkøbes kit til opgradering af tilt-funktionen til +/- 17 grader, Trendelenburg leje.

Varenr. BB173



Frigørelsels knap på modeler med side rammer




Frigørelsels knap på modeler uden side rammer

4.8 Stang til Himmel

Placer stang til sengehimmel på bagsiden af sengen.
Drej den i en 90 graders vinkel på sengen og tryk den ned,
så den passerer afmærkningen til stangen.
Sengehimlen har en løbegang indvendig for stangen.
Sæt sengehimmelnen på stangen for at fastgøre den,
og placer sengehimmels sider på hver sin side af
sidepladerne.
Læg madras i sengen.
Andre madrastyper og sengehimmels fraviger fra KANMED's
produktansvar.

Bemærk: Teltstangen har 2 højdepositioner. Venligst
Anvende korrekte teltstang




Stopskrue position B100/101/300/301

Stopskrue position tvillingsæng versioner

4.9 Babybakken

Babybakken i sengen kan enten ligge løst i sengen eller fastgøres efter ønske.
At have bakken løst i sengen gør det lettere at rengøre sengen.
Hvis det ønskes at bakken er monteret fast, kan tape til formålet rekvireres.




4.10 Opbevaringsbokse

Opbevaringsbokse med eller uden låg, kan
monteres under sengen.
De kan flyttes, så de er nemme at få adgang til.
Respekter MAX vægtbelastning.



4.11 Kanmed BabyWarmer

Kontrolenheden til Babywarmer placeres normalt under vuggen på stangen ved brug af det justerbare beslag.
Der er andre metoder til at fastgøre Babywarmer til sengen.
Se venligst www.kanmed.se, babybed, downloads, dokumentet hedder "possible ways".
Se på hjemmesiden www.kanmed.se eller kontakt distributør.
Monter kablet fra varmelegemet igennem de huller der er lavet til formålet i bakken i sengen, og før der tilsluttes til BW control unit.



4.12.1 BabyWarmer strømkabel

Kanmed BabyWarmer er tilsluttet strømnettet med sit eget kabel eller ved et særlig kort kabel (Vare.nr. 800-0502), der er forbundet ved den øverste del på søjlen - se billede.
Se Kanmed BabyWarmer brugervejledningen for yderligere information om brugen af Kanmed BabyWarmer.



4.12.2 Bagmonteret Kit

Alle nyere vugger er udstyret med et beslag bagtil for teltstang og stænger.
Stænger med skruer er tilbehør og er som standard 25mm i diameter og lavet rustfrit stål.
Bestilling numre findes i sektion 10
Max vægt på hvert rør: 3 kg



4.12.3 Hylde

En hylde kan bestilles i stedet for Opbevaringskasse
Vare.nr.: 800-0530



4.12 Andet tilbehør

Kanmed tilbehør skal monteres og bruges efter de anbefalinger der følger med tilbehøret.
Respekter MAX vægt på Babybed – som er anvist i sektion 3.
At tilføre flere/andet tilbehør på vuggen, kan have konsekvens for max belastning, og dermed stabiliteten af sengen.
Kanmed kan kun blive gjort ansvarlig for det tilbehør der bliver leveret af Kanmed.
Kanmed tilbehør kan findes på hjemmeside www.kanmed.se eller kontakt distributør.

5 Rengøring

Generel information

Sengen og tilbehør skal rengøres mellem hver patient. Følg de regler som den rengøringsansvarlige har sat op for rengøring og desinficering.

Efterse tilbehør og seng efter rengøring før brug.

Nedenfor er en liste med rengøring og desinficering anbefalet af Kanmed.

Bruges der andre mærker, eller rengøres der overdrevent, kan det reducere levetiden på seng og tilbehør.

Kontakt Kanmed med produktspecifikationen hvis tvivl.

Sidepladerne er lavet af PET (økologisk) og kan klare alle typer rengøring.

Brug IKKE blegmiddel eller opløsningsmidler.

Rengøring: Brug sæbevand

Desinficering: Kanmed BabyBed kan tåle den mest almindelige desinficering brugt på hospitalerne.

Desinficeringsklude Virkon®, Diversey Limpiador Clorado, Clinell klude, Chlor Clean klude, Meliseptol® rapid, Dax yt, Terralin®, Dsimozon® pur, perform® og des lige kan anvendes.

Hvis i tvivl forsøg først med et lille stykke materiale af vuggen.

SPECIFIK INFORMATION

5.1 Rengøring af seng

Brug en fuktig klud.

NOTE: Kanmed BabyBed må under ingen omstændigheder blive skyllet over med en bruser eller lignende, eller med noget andet flydende. Rengør ikke sengen i en sengevaskemaskine

5.2 Sengebakken


Sengebakken er normalt løs, den kan derfor nemt tages op for rengøring, samt rengøring af basen hvor bakken ligger.

5.3 Rengøring af sidepladerne

Fjern Sidepladerne: De røde stopknapper (se billede) skal trykkes indad så kan du løfte sidevæggen op.

Rengør ikke sidepladerne i en opvaskemaskine.

Skrub ikke sidepladerne med materiale der kan ridse dem.



5.4 Sætte sidepladerne tilbage

Efter rengøring sættes de tilbage og den røde stopknap skydes udaf.

Den foldede øvre kant af sidevæggen skal vende udad.

5.5 Opbevaringsbokse og Låg

Opbevaringsbokse og Låg skal rengøres på same måde som resten af sengen.

5.7 Madras

Brug rengøring og desinficering anbefalet af Kanmed. Se liste.

5.8 Sengehimmel

Se etiket vaskeanvisning for vaskeinstruktion.

Sengehimmel kan vaskes på 90°C, men sengehimmel kan krybe og levetiden forkortes.

6 Kontrol af sikkerhed før brug

Generelt

Sikre at alle komponenter på sengen er i god stand, uden skader eller er ødelagte. Skift det tilbehør der ikke er i god stand. Service og vedligehold på sengen er påkrævet. Se afsnittet for teknik.

Anbefalet at kontrollere før brug	Udført af	Tids-skema	Yderligere information
Funktion af sideplader	Bruger	Før brug	Sikre at sidepladerne kører op og ned, og at de låser i øverste position.
Vipning	Bruger	Før brug	Sikre at den bevæger sig frit og at den låser sig i alle vinkler.
Kabelforbindelser og kabler	Bruger	Hver dag	Sikre at de er i en god stand
Stabilitet af sengen	Bruger	Hver dag	Sikre at sengen er i en god stand og stabil, og at alle funktioner virker efter funktion.
Hjul/bremser.	Bruger	Før hvert brug	
Kanmed BabyWarmer	Bruger		Se Manual til Kanmed BabyWarmer

7 Fejlfinding

Symptom	Mulig årsag	Aktion
Sengen kan ikke køre op eller ned (ikke BB300 and BB400F)	Ingen strømforsyning	Tjek kabler Tjek strømudgang
	Noget blokerer for bevægelse	Tjek at der ikke er noget der blokerer.
	Strømforsyning er ødelagt eller ikke på.	Teknisk support
	Fodpedal virker ikke	Teknisk support
Sengen kan ikke vippes som ønsket. Den sætter sig fast i uhensigtsmæssige positioner. Den holder ikke positionen.	Håndtaget er i stykker eller behøver justeres.	Teknisk support
	Noget blokerer	Tjek at intet blokerer
Sengen føles ustabil	Løse skruer eller hjul	Teknisk support
Lyde ved højdejustering		Teknisk support
Sidepladerne er svære at køre op og ned	De er ikke monteret korrekt	Korrekt montering

8 Tekniske Data

	BB100/101 Standard BB300/301 Fast højde		BB400/401 Tvilling BB400F/401F Fast højde Tvilling			
Ydre dimensioner	Med side-ramme L85 cm W 63 cm	Uden sideramme L 83 cm W 53 cm	Med side-ramme L 95 cm W 80 cm	Uden sideramme L 93 cm W 70 cm		
Sengebakke Invendige mål	L690mm W465mm H90 mm Lavet af PP		L765mm W640mm H90mm Lavet af PP			
Højde fra gulv til sengebakke	Min 700mm Max 990mm Fixeret højde er 80cm Ved bestilling af 9,5 cm dobbelt hjul bliver alle senge 4 cm lavere		Min 700mm Max 990mm Fixeret højde er 80cm			
Vægt	Ca. 46 kg Fixeret ca. 36 kg		Ca.52kg Fixeret højde ca. 42 kg			
Hjulbase	810mm x 590mm		810mm x 590mm			
Hjul	Diameter 125mm med bremser eller 9,5 cm dobbelt hjul med bremser					
Vipning	Ca. 17 grader		Ca. 17 grader			
Madras	Blødt betræk					
Sengehimmel	Vaskes ved 60°C (90°C)		Vaskes ved 60°C (90°C)			
Opbevaringsbokse	L320mm W330mm H120mm, Låg 320x330mm					
Farve	Unisex lyseblå på alle plastikdetaljer. Hjul og metaldele er lysegrå					
Volt BB100/400	230V 50Hz eller 115V 60Hz, 150VA					
Sikringer BB100/400	2xT6,3A 230V, må kun udskiftes med same type					
Strømudgang på søjle BB100 and BB400: Max 300W						
Beskyttelse BB100/400: Class I						

Modifikationer Advarsel	Modifikationer af Kanmed Baby seng inkluderende hjemmelavet tilbehør kan være i strid med Kanmed's overordnede ansvar og er ikke tilladt uden en skriftlig tilladelse fra Kanmed.
Lave system	Enhver person der tilslutter Kanmed Baby seng til andre systemer/strømforsyning end anviset, vil ifølge IEC 60601-1 sektion 16, være beredt på konsekvenser som kan skade personalet, patient og udstyr.
Forventet levetid	Kanmed garanterer en sikker levetid fra første dag senget bruges på 10 år. Dette gælder hvis der er ydet den service og vedligehold af vuggen som anbefales ifølge manualen, og at der ikke er tilført forandringer på vuggen, uden om Kanmeds viden.

Products er CE-mærket.

Conforms to UL 60601-1

Environmental data

In use: +10 to + 40°C, <85% RH

Transport: -20 to +60°C, non condensing.

Storage: +10 to +40°C, non condensing.

Atmospheric pressure: 70 to 106 kPa

9 Technical Section - Service and Maintenance

NOTE: All spare parts used for replacement or repairs shall be supplied by Kanmed or its authorized distributor. The use of "non Kanmed permitted parts" will automatically reassign all safety responsibilities to the hospital. Only qualified personnel, biomedical engineer or equivalent, shall attempt repairs. Do not attempt any service with a patient in the bed.

9.1 Annual checks / maintenance

Check the following at least once a year:

- That cables and connectors free of defects.
- Check the Side Walls for cracks or damages.
- Check the Corners – no cracks in the plastic, screws tightened? Note, special plastic screws.
- Check the Side Wall Guides if needed for the model at hand
- Check that the Side Walls lower and raise without problems and is easily lifted away.
- Check that the Foot Pedal for Pillar height control responds without delay, that the raising and lowering function is working correctly and that it makes no unusual noise when operated and that its cable is undamaged.
- Check that the tilt function works correctly. It should not make any noises.
- Check that the wire to the Gas Spring and tilt handle is undamaged.
- Check that the wheels are tightened to the stand and not damaged in any way, that they roll without noise, and that the wheel locking function works properly.
- Check that all screws are properly tightened, especially the screws connecting the height adjusting Pillar to the wheel base, the screws on top of the Pillar, the screws holding the Bed Platform and Gas Spring.
- Check that Foot Pedal Label is not worn
- Check that the Bed Tray Labels are not worn.

Service

NOTE

Always unplug the power before doing repair on the BabyBed.

Always make a complete function test after repairs.

9.2 Adjusting the release of the tilt function / Gas Spring

Hydraulic Tilt release

If the bed has mechanical tilt release then refer to version 1 of this manual for service information.

Available on www.kanmed.se.

It is a simple operation to upgrade to hydraulic tilt release – contact your distributor.

By pressing the button you activate the release pin located at the top of the gas spring inside the release head. If the tilt is not moving at all or not firmly blocked by the gas spring then you must adjust the function. Release the gas piston from the bracket on the pillar and release the locking nut at the release head (see picture)

Tilt is not moving: Turn the gas spring one turn in – insert gas piston in the bracket and push in the bolt. Test that it now moves freely and locks hard when the button is released. If not add another turn

The tilt is not locking: Turn the gas spring one turn out and test. Make a final check. Then tighten the bolts and the locking nut .

9.2.1 Adjusting the tilt limit.

The tilt limit can be limited by moving down the Gas Spring holder bracket on the Pillar. Make sure to tighten it properly. A kit is available to modify the tilt range to be able to tilt the bed ± 17 degrees



9.3 Changing or adjusting a Side Rail or Corner

See spare part list for part numbers. The Side Rail Corners are screwed from the underside with two (2) special plastic screws at each Corner. The holes in the Bed are oval allowing a tight adjustment of the Side Rails and side walls. It is advisable to remove the screws at min 2 Corners to fit new Corners or Side Rails.

Do not use any other screws than Kanmed part no 700-0880 because they will not have enough holding power. A screw can be screwed in and out about 6 times in the same plastic hole.

9.4 Adding, removing or adjusting Storage Boxes or shelves

Loosen the screws to the Storage Box Holder. (if necessary remove the black decorative plastic stripe). Move it to the new position and tighten the screws properly.

To remove or add an extra Box Holder: Raise the Pillar more than 5 cm. Press down the black plastic frame that goes around the bottom of the Pillar. Now you can remove the bolt pins or add bolt pins. When adding Storage Boxes ensure that the Front Side Wall can be lowered sufficiently.

Cut the decorative black plastic stripes to fit. New stripes can be ordered at Kanmed.

9.5 Changing the Foot Pedal / electrical connections

Lay the Bed carefully on its side. Unplug the pedal from the Pillar. Unscrew the Foot Pedal and replace it. Raise the Bed and check functions and that up / down arrows are indicating correct.

9.5.1 Adding an extra foot pedal or front foot pedal.

Please contact kanmed for necessary instructions and parts.

9.6 Changing the Pillar

Raise the Pillar electrically about 5 cm if possible.

Unplug power.

Empty the Bed and remove side walls and the Baby Tray.

Remove Storage Boxes. Press the plastic frame at the bottom of the Pillar down. Peel away the plastic strips so that you can remove the metal pins that hold accessories to the Pillar. If Pillar could not move then you will have to order new metal pins.

Remove Gas Spring from the Pillar as well as its bracket.

Loosen the bolts that hold the Bed Platform. These two bolts are lock tightened and loosening them requires quality tools and strength. Observe the earth cable

Loosen the bolts on top of the Pillar to remove the Bed bracket. Observe the earth cable on the underside.

Unplug the height control.

Turn the Pillar/Bed upside down.

Unscrew the earth potential stud connections.(Older models only)

Remove the earth protection cable under the Bed. (Older models only)

Loosen screws under the wheel base and remove the foot pedal.

Unscrew the Pillar. Observe the earth cable

To assemble – perform instructions in reverse order.

Make a full function check and an electrical safety test to ensure that the Bed Platform is properly earthed.

10 Spare parts/Accessories

NOTE: Many other accessories and spare parts are available. Please check with your local supplier or on the Kanmed webpage www.kanmed.se. Please contact your supplier for a price list.

Art. No.	Product	Additional information
BB112	Under bed BabyWarmer holder	A kit includes complete instruction. Requires a 7mm metal drill on beds before 2018. Also specify if it is for single or twin beds. BW3 may require bracket holder BW3-0837.
800-0116	Side wall rear BB101/301	Height 25cm. Beds without side rails. Groves for tubing.
800-0117	Side wall rear BB401/401F	Height 29cm. Beds without side rails. Groves for tubing.
800-0118	Side wall rear BB100/BB300	Height 25cm. Groves for tubing.
800-0119	Side Wall rear BB400/400F	Height 29cm. Groves for tubing.
800-0010	Side wall rear BB100/BB300.	Height 29 cm, Grooves for tubing
800-0105	Side wall rear BB101/BB301	Height 25 cm. For beds without side rails only groves for tubing
800-0042	Side Wall rear BB400/400F	Height 29 cm. Grooves for tubing
800-0109	Side wall rear BB401/401F	Height 25 cm For beds without side rails. Groves for tubing.
800-0077	Side wall left/right BB100/BB300	Height 29 cm
800-0101	Side wall left/right BB101/BB301	Height 25 For beds without side rails only
800-0079	Side wall left/right BB400/BB400F	Height 29 cm
800-0107	Side wall left /right BB401/401F	Height 25 For beds without side rails only
800-0076	Side wall front BB100/BB300	Height 29 cm
800-0100	Side wall front BB101/BB301	Height 25 cm For beds without side rails only
800-0078	Side wall front BB400/BB400F	Height 29 cm
800-0108	Side wall front BB401/401F	Height 25 cm For beds without side rails only
800-0072	Side wall stop red	Set of 4 pcs
800-0023	Side Rail front/rear BB100/BB300	Length 40 cm
800-0022	Side Rail sides BB100/BB300	Length 62 cm
800-0044	Side Rail front/rear BB400/BB400F	Length 57,7 cm
800-0045	Side Rail sides BB400/BB400F	Length 72,3 cm
800-0110	Corner BB100-400	Incl. 2 screws and cover under handle. For beds with side rails.
800-0098	Corner Handle BB101-401	Incl. 2 screws. For beds without siderails
700-0880	Screws for Corner Bracket	Use only this special screw for plastic corners
800-0004	Baby Tray BB100/BB300	Also for BB101/301
800-0041	Baby Tray BB400/BB400F	Also for BB401/401F
800-0002	Storage Box	For all bed models
800-0013	Storage Box holder	Includes set of bolt pin and screws
800-0001	Storage Box lid	For all beds
800-0003	Wheel top Cover	For all beds
800-0501	Foot Pedal	For replacement. With cable and label. Do not include the bracket.
800-0029	Bolt pin for pillar accessories.	Dia 7 mm, L 30 mm Screw M5. Including the screw.
700-0874	Wheel incl bolt and bracket, with brake.	Standard on all beds
700-0884	Double wheel 95mm, lockable	Option. When ordering for new bed the price is 200,- each
800-0048	Electrical pillar 230V	For BB100 to 401F beds only
800-0526	Electrical pillar 115 V	For BB100 to 401F beds only
800-0506	Gas spring	For beds with standard +17° tilt
BB172	Hydraulic tilt kit	Includes release hydraulic mechanism, button, bracket and dome nuts. For upgrading beds with mechanical tilt.
800-0519	Hydraulic gas spring control unit	Replacement for faulty hydraulic gas spring release
800-0528	Release button (black)	Pack of 5pcs . Must be secured with lock Tite glue
700-0879	O-ring for Storage Box	
800-0301	Fixed height pillar (530mm)	Page 14 of 16
800-0520	Locking handle	To be used with 800-0527

1 Warranty Statement

KANMED warrants the purchaser that the Kanmed BabyBed is free from defects in materials and workmanship for a period of **5 years** from the date of delivery. The warranty does not apply to plastic parts, mattresses, cables and tents.

The sole obligation of KANMED with respect to any such defect is limited to the repair with new or re-manufactured parts or, at the discretion of KANMED, replacement of the equipment or refunding of the purchase price.

This warranty shall not apply if the product has been modified, adjusted or repaired other than by KANMED or by organizations authorized by KANMED or modified, adjusted or repaired not in accordance with written instructions provided by KANMED. Neither shall the warranty apply if the equipment has been subject to misuse, negligence or accident.

These warranties are made on the condition that prompt notification of a defect is given to KANMED or its authorized dealers within the warranty period.

KANMED shall have the sole right to determine whether a defect exists.

KANMED shall not in any case be liable for special or consequential damages arising from the breach of warranty, breach of contract, negligence or any other legal theory.

12 EMC Guide-Lines

The BabyBed fulfils the applicable requirements of IEC 60601-1-2:2007 Electromagnetic compatibility (EMC).

The BabyBed shall be used in a hospital environment, but not close to HF surgical equipment or MR cameras.

WARNING: Use of accessories and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.


WARNING: Portable RF communications equipment (e.g. mobile phones, radio transmitters, antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the BabyBed, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

NOTE: The EMISSIONS characteristics of this equipment make it suitable for use in industrial areas and hospitals (CISPR 11 class A). If it is used in a residential environment (for which CISPR 11 class B is normally required) this equipment might not offer adequate protection to radio-frequency communication services. The user might need to take mitigation measures, such as relocating or re-orienting the equipment.

For further information about EMC compliance with the specified emissions and immunity standard, test levels, etc. please contact KANMED.

13 Disposal

	When the Kanmed BabyBed have reached end of life, it should be recycled in accordance with the EU 2002/96/EC (WEEE) directive if applicable.
---	--



KANMED[°]
a MedCare Visions[®] company

Gårdsfogdevägen 18B
SE-168 67 BROMMA – Stockholm
Sweden

Telephone +46 8 56 48 06 30

E-Mail: info@kanmed.se
Home page: www.kanmed.se

Distributed by :



Kanmed AB

Gardsfogdevägen 18 B
16867 Bromma

E-Mail info@kanmed.se
Telefon +46 85 64 80 630